

Số:
Về việc yêu cầu báo giá gói thầu mua
Test xét nghiệm HIV/AIDS năm 2024

Hậu Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp sinh phẩm, hóa chất và vật tư y tế
tại Việt Nam

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang có nhu cầu tiếp nhận báo
giá làm cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu mua Test xét nghiệm HIV/AIDS
năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: *Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang địa
chỉ: số 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị Thanh, tỉnh Hậu
Giang*

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: *Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang, số điện thoại 02933.878.953, địa chỉ
mail. tksbt.syt@haugiang.gov.vn*

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu
Giang, địa chỉ Số: 613, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 3, phường 3, Tp. Vị
Thanh, tỉnh Hậu Giang.*

- *Nhận qua email: tksbt.syt@haugiang.gov.vn*

- *Nhận qua Fax: 02933.878.953.*

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: 05 ngày kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2024
đến ngày 14 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 14
tháng 10 năm 2024 .

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

Danh mục thầu mua test xét nghiệm HIV/AIDS năm 2024

(Đính kèm danh mục)

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang thông báo để Quý nhà thầu biết và tham gia gói thầu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, DVTYT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Văn Chúc

Phụ lục: DANH MỤC TEST XÉT NGHIỆM HIV/AIDS NĂM 2024
(Đính kèm Công văn số /KSBT ngày tháng năm 2024 của
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hậu Giang)

STT	Danh mục	Đặt tính kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng thể kháng vi rút HIV-1 và HIV-2	Xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện định tính kháng thể HIV 1 và/hoặc HIV 2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương. HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device (Whole Blood/Serum/Plasma) so sánh xét nghiệm HIV EIA thương mại hàng đầu. Tỷ lệ kết quả phù hợp là 99,8% - Độ nhạy tương quan : 99,9% (99,3%-100%) - Độ đặc hiệu tương quan : 99,6% (99,1%-99,9%) - Độ chính xác tương quan : 99,8% (99,4%-99,9%) - Thẻ tích mẫu sử dụng 25ul, đọc kết quả 15-20 phút - Giấy phép lưu hành BYT phân loại D - Đạt chứng nhận ISO	Test	7.925		